

**Re: Propostas de Preços - PE nº 58/2022**

**De :** Celeyda Motta <celeydamotta@gmail.com>  
**Assunto :** Re: Propostas de Preços - PE nº 58/2022  
**Para :** Comissão Permanente de Licitação <cpl@tre-pi.jus.br>

seg., 26 de dez. de 2022 14:32

Prezado Edilson,

Conforme solicitado, as propostas foram analisadas e emito o seguinte parecer:

A proposta apresentada pela empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME para os itens 4 e 5 atende às especificações constantes no Edital, pois o compressor possui a capacidade de 65 L e possui as características de baixo nível de ruído e vibração, isento de óleo, motor de 2 HP e demais características especificadas no Termo de Referência. Para o item 5 apresentou equipamento fotopolimerizador sem fio, com tecnologia de cura poliwave, ponteira com diâmetro maior que 10 mm, 3 potências ( variando de 100 a 3000 mW/cm2), atendendo às especificações do editorial.

A segunda proposta, apresentada pela empresa ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP para o item 3 atende às especificações da autoclave solicitadas pela equipe Odontológica, pois apresenta desaceleração e despressurização automáticas, 3 bandejas de alumínio e todos os itens de segurança descritos no editorial.

É o parecer.

CELEYDA GETSÊMANE MARTINS GUIMARÃES MOTTA

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Odontologia  
matrícula nº 662

 [Responder](#) [Encaminhar](#)

Em seg., 26 de dez. de 2022 às 14:14, Comissão Permanente de Licitação <[cpl@tre-pi.jus.br](mailto:cpl@tre-pi.jus.br)> escreveu:

Dra. Celeyda,

Conforme acordado, estamos encaminhando em anexo as propostas referentes aos itens 3, 4 e 5 do PE nº 58/2022 para análise.

A sessão pública permanece em andamento aguardando resultado.

Antecipadamente grato,

Edilson Francisco Rodrigues  
CPL - Pregoeiro  
(86) 2107-9765